

江苏医药职业学院文件

苏医院〔2019〕22号

关于印发《江苏医药职业学院 教学实验实训室安全管理规定》的通知

各部门、二级学院（部）：

现将《江苏医药职业学院教学实验实训室安全管理规定》印发给你们，请认真遵照执行。



附件：《江苏医药职业学院教学实验实训室安全管理规定》

江苏医药职业学院院长办公室

2019年5月30日印发

附件：

江苏医药职业学院 教学实验实训室安全管理规定

第一章 总则

第一条 为切实加强实验实训室安全管理，预防实验实训室安全事件发生，保障实验实训教学正常进行，根据《高等学校实验实训室工作规程》（原国家教委第 20 号令）、《江苏高等学校实验实训室安全工作规程》等相关法律、法规，结合我校实际，制订本管理规定。

第二条 校内所有教学实验实训室的安全管理均属本规定管理范畴。

第二章 管理体制与职责

第三条 学校教学实验实训室安全工作坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，建立学校、二级单位、实验实训室三级管理体制。

第四条 学校党政主要负责人是学校实验实训室安全工作的第一责任人，分管实验实训室工作的校领导是实验实训室安全工作的重要责任人，教务处对全校教学实验实训室安全工作负直接监管责任，各二级单位对本单位实验实训室安全工作负直接管理责任。

第五条 各二级单位的党政负责人是本单位实验实训室安全管理工作的第一责任人，对本单位的实验实训室安全管理工作负全面责任。分管实验实训室工作的负责人为本单位所有实验实训室安全工作的直接责任人，具体负责所在单位实验实训室的安全管理工作。

第六条 各二级单位须组建实验实训室安全工作领导小组，由二级单位主要领导担任组长，负责本单位的实验实训室安全建设、运行和管理工作。领导小组主要职责：

1. 制订符合专业特点的实验实训室安全管理制度、技术规范和安全事故应急预案。

2. 编制体现专业特色的实验实训室安全教育资料，开展本单位各类人员的实验实训室安全教育和业务培训，定期进行实验实训室工作人员资格审查。

3. 组织落实实验实训室安全检查、安全隐患整改、实验实训室安全事故处置以及各类安全演习等工作。

第七条 各实验实训室安全负责人是所在实验实训室安全管理工作的第一责任人，对本实验实训室的安全与环保工作负全面责任和直接责任，须与所在二级单位签订《实验实训室安全管理责任书》。

第八条 实验实训室工作人员主要职责

1. 严格遵守相关法律法规和学校规章制度，掌握正确的实验及仪器设备操作方法。

2. 了解实验实训室安全防护设施的使用方法。在进行实验操作时，做好个人防护。

3. 每次实验结束后及时清理现场。每日离开实验实训室时，应确认实验实训室水、电、气、仪器设备等的安全，并做好身体清洁。

4. 定期整理整顿实验实训室环境，保持实验实训室整洁有序。

第三章 安全管理

第九条 实验实训室安全培训和准入

1. 实行学校、二级单位、各实验实训室全员覆盖的三级实验实训室安全培训与考核制度。

2. 教务处主要职责

(1) 制订学校实验实训室安全培训计划，编制实验实训室安全手册。

(2) 定期对各单位实验实训室安全负责人、安全员等进行培训和考试，指导各单位实验实训室安全教育与考核工作。

(3) 组织实验实训室特种设备操作培训等工作。

3. 各二级单位主要职责

(1) 根据专业特点，制订师生员工和外来人员的安全教育与培训制度，制订年度培训计划，编制相关培训资料。

(2) 建立从事生物实验、动物实验、特种设备和射线装置的工作人员清单，根据国家相关法规要求，组织相关人员接受特殊岗位培训，取得有效资格证书。

(3) 建立二级单位实验实训室安全考试题库，分批、分层次组织实验实训室新进人员安全考试，督促考试合格者签订《实验实训室安全承诺书》，定期审核实验实训室工作人员资质。

(4) 每学期将实验实训室安全培训与考核结果上报教务处备案。

4. 各实验实训室主要职责

根据各自实验特点，负责对新进人员开展实验实训室安全风险防范措施、实验实训室主要危险化学品的安全技术说明书（MSDS）及个人防护注意事项、危险化学品的分类存放地点、实验实训室安全与卫生责任制等培训。

第十条 实验实训室安全基本要求

1. 各实验楼层要根据实验特点配备消防器材、烟雾报警、监控设施、紧急喷淋和洗眼设施、危险气体报警装置等安全设施，在明显位置张贴“安全疏散示意图”。

2. 各实验实训室门上应张贴“安全信息牌”，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，有针对危险源的安全警示标识。

3. 各实验实训室应结合本室的特点和管理要求，制订安全与环保管理制度，张贴或悬挂实验实训室醒目位置，并严格执行。

4. 各实验实训室应建立卫生值日制度，保持实验实训室清洁整齐，仪器设备布局合理，实验材料摆放有序，实验实训室废物处理规范，不在实验实训室或公共通道堆放杂物，保持消防通道畅通。

5. 严禁在实验实训室区域储存食品、饮料，从事吸烟、烹饪和饮食等与实验无关的活动；与实验工作无关的人员不得进入实验实训室，实验实训室内严禁留宿。

6. 实验结束或离开实验实训室前，必须按规定采取结束或暂停实验的措施，并确保仪器设备、水、电、气、门窗、化学和生物样品安全后才可离开。

7. 实验实训室钥匙必须妥善保管，不得转借，不准私配。实验实训室发生调整时应立即交回单位，若有遗失必须及时报告单位。

第十一条 实验实训室基本环境安全管理

1. 实验实训室仪器设备和设施等用水、用电、用气应按照相应国家标准、技术规范与安装要求接入、使用和维护。

2. 实验实训室建设与运行中应满足相应消防规范要求，不得擅自破坏、改动、妨碍消防设施。

3. 实验实训室内水电气等使用应保证安全，不得擅自改装与拆修配电箱、电源插座、取水取气管网与接口等基础设施，应让具备专业资质或能力的部门或人员实施，并验收确认后使用。

4. 实验实训室内电力使用应确保规范安全，接地良好，并采取静电防护措施。严禁将多个大功率电器接在同一个移动插座上，严禁将多个移动插座串联。

5. 发生人体触电、气体泄漏时，应立即切断危险源，及时报告与组织人员疏散，根据应急预案及时采取相应处置措施。

6. 实验仪器设备不得在无人情况下开机过夜，因特殊情况确需连续运行的仪器设备，应采取规范、可靠的安全保护方案或值守措施。

7. 使用易燃、易爆的可移动气体、液体等物品，应有安全的移动与固定方案，并遵守相应安全保存、搬运、更换、使用操作规范与应急处置流程。

第十二条 危险化学品管理按照学校《危险化学品管理办法》执行。

1. 危险化学品由学校统一采购，归口管理。领用、保管、使用、转移和废弃物处置等各个环节须严格按照国家法律法规、地方和学校的有关规定执行。

2. 使用和储存易燃、易爆物品的实验实训室，必须安装通风装置，严禁吸烟和使用明火。

3. 严禁在实验实训室内存放超量化学品。各种化学品应按要求分类安全存放，并定期盘查，存放的化学品要有目录清单并注明存量及盘查日期等，化学品的包装容器或包装物的标签、标识要清楚。

4. 实验实训室废弃物须按照国家及学校的有关规定予以妥善管理，禁止任何单位和个人随意丢弃废弃物。

5. 其他有关危险化学品的安全管理按学校《危险化学品管理办法》执行。

第十三条 辐射安全管理

1. 涉辐场所须遵守《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等有关辐射防护的法律、法规。

2. 辐射工作人员必须参加环保主管部门认可的辐射安全培训机构组织的培训并通过考核，领取《辐射安全与防护培训合格证书》，应定期接受个人剂量监测、职业体检及复训。

3. 辐射工作场所须加强安全保卫工作，采取必要的防盗、防火、防水、防射线泄漏、防丢失和防破坏等措施。场所的入口处必须设置警告标识牌和工作指示灯，必要时应设专人警戒，防止无关人员接近。

4. 其他有关辐射安全管理的具体规定按国家、地方及学校相关文件执行。

第十四条 生物安全管理

1. 生物实验实训室的设备、设施、个人防护设备、材料（含防护屏障）等须符合国家相关标准和要求。涉及实验动物的，须在取得相应许可证的实验实训室进行。

2. 生物实验实训室须按规定制订相关管理制度和事故应急预案，组织岗前生物安全培训与考核，必要时，建立工作人员健康监护和免疫接种档案。

3. 实验实训室应按要求对各项活动进行记录,对操作有害材料的实验要进行全过程的监督和记录, 严格按照规定进行生物安全操作。

4. 不同等级的生物安全实验实训室应配备相应的生物安全柜, 实验实训室门口须有生物危害警示标识并保持关闭, 未经管理人员许可不得入内。应定期对可能接触病原微生物体的实验场所、物品、设备等进行消毒灭菌。

5. 其他有关生物安全管理按国家、地方和学校相关文件执行。

第十五条 特种设备安全管理

1. 特种设备是国家以行政法规的形式认定的涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、厂内机车等仪器设备, 具体范围按国家质检总局制定的《特种设备目录》确定。

2. 特种设备的操作人员及其相关管理人员应按照国家有关规定, 经特种设备安全监督管理部门考核合格, 取得国家统一格式的特种设备作业人员证后, 方可从事相应作业或者管理工作。

3. 压力容器需定期检查, 确保其安全有效。气体钢瓶须直立放置并妥善固定, 必须经减压阀减压后使用, 不得直接放气。使用危险气体, 须安装气体防漏报警装置。

4. 其他有关特种设备安全管理的规定按国家、地方和学校相关文件执行。

第十六条 仪器设备安全管理

1. 仪器设备应有操作规程、维修保养规程和安全注意事项, 关键的操作步骤和安全事项应在室内醒目位置张贴。

2. 应定期进行仪器设备的安全检查并做好记录，发现安全隐患及时排除，重大隐患应向实验实训室负责人报告，并做好防范措施。

3. 仪器设备发生故障应及时组织修复，并做好维修记录。大型、精密贵重仪器设备应有专人管理，定期进行校验、校准和维护保养，并按要求做好使用和维护保养记录。

4. 对于冰箱、高温加热、高压、高速运动等有潜在危险的仪器设备尤其要加强管理。

第十七条 安全检查与隐患整改

1. 保卫处、教务处定期开展实验实训室安全巡查，整理汇总检查结果反馈给各单位，实验实训室安全巡查结果计入各单位年度实验实训室安全考核结果中。

2. 各单位应建立实验实训室安全检查制度，每年组织不少于4次（重大节假日前、寒暑假放假前等）实验实训室安全检查活动，全面掌握本单位的实验实训室安全风险点。

3. 各实验实训室应落实安全检查制度，每月至少进行1次全面的安全自查。对于易产生安全隐患的实验室要建立日常巡查制度。

4. 各单位、各实验实训室对安全自查中发现的安全隐患应及时整改，并按规定的时间反馈整改结果。短时间内无法整改的安全隐患，须及时上报，并采取措施确保整改期间的安全，否则应停止实验。

5. 确因空间原因或事业发展所限造成的、需要学校整体规划才能彻底解决的安全隐患，应建立安全隐患台账，时刻防范，直到解决为止。

6. 各级各类实验实训室安全检查结果、安全隐患台帐、隐患整改及督查整改情况等需存档备查。

第十八条 安全事故处理与责任追究

1. 实验实训室发生安全事故应立即开展相应处置工作，并报告保卫处和教务处。任何单位和个人不得隐瞒事故，应积极配合政府有关部门和学校职能部门开展调查工作，及时、准确找到事故原因。

2. 对实验实训室安全事故，各单位要坚决做到“四个不放过”：事故原因未查清不放过、事故责任者未得到处理不放过、整改措施未落实不放过、教训未吸取不放过。

3. 对于发生安全事故的，学校将视情节严重程度，对相关单位和个人给予通报批评、警告、记过、留用查看、开除等处分；如造成损失的，责令赔偿；对导致重大安全事故，造成严重后果的，追究二级单位负责人和直接责任人的责任；构成违法的，由有关部门依法追究其法律责任。

第四章 附则

第十九条 本办法由教务处负责解释，自发布之日起实施。

第二十条 其他未尽事宜，按国家和地方相关法律法规执行。